

重要なお知らせ

「パルスオキシメータ SO シリーズ」の 模倣品・非正規品にご注意ください

平素は弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

Amazonを始めとする各ショッピングサイトで、弊社製品である「パルスオキシメータ SO シリーズ(認証番号:303AGBZX00025000)」の一部モデルについて、模倣品および非正規品が、出品・販売されていることを確認いたしました。

不正販売業者は弊社製品の写真や製品仕様、医療機器認証番号等を盗用して掲載しており、ウェブサイト上では正規品と見分けができないため、お客様が間違っ購入される可能性があります。

模倣品・非正規品は正規品と性能等が異なるだけでなく、医療機器正規の手続きを経て流通していないため、予期せぬ事故を招く恐れがあります。弊社では、模倣品・非正規品の不正販売業者に対して出品取り下げ、削除依頼等など申し入れを行っておりますが、誤って模倣品・非正規品をご購入されることのないよう充分にご注意くださいますようお願い申し上げます。

なお、お客様が模倣品・非正規品をご使用になり、不具合や事故が発生した場合でも、弊社ではその責任を負いかねますので、ご理解の程お願い申し上げます。

お手元の機器が下記に該当する場合は模倣品・非正規品の可能性がありますので、使用を直ちに中止してください。

- ① パッケージに「管理医療機器/特定保守管理医療機器」の表示がない
- ② パッケージに認証番号の記載がない
- ③ 日本語の取扱説明書が同梱されていない
- ④ 製品本体裏面の電池蓋箇所に日本語による製品名・認証番号・ロット No 等の記載がない。